


01. **1**
Unidad
Principal



06. **1**
Cable de
alimentación




11. **2**
Llave
dinamométrica



02. **2**
Pieza de mano
ultrasónica



07. **1**
Lámpara
LED



12. **2**
Set de insertos
quirúrgicos




03. **1**
Pieza de mano
micromotor



08. **2**
Soporte para
pieza de
mano




13. **4**
Set de
adaptadores |
conexiones




04. **1**
Contra-ángulo
implantológico



09. **1**
Gancho para
soporte lateral



14. **4**
Set de líneas de
irrigación




05. **1**
Pedal
multifunción



10. **2**
Caja de
esterilización




15. **7**
Tubo para bomba
peristáltica



16 **16**
Set de clips para
tubo de irrigación



17. **1**
lista de
componentes



23. **1**
Certificado
de
Conformidad.



22. **1**
Manuel de
Instrucciones.



PUNTAS

01.SS18

Extremadamente fina, indicada para osteotomías de alta precisión y también para resección apical.

02.SS2

Osteotomía de alta eficacia en maxilar y mandíbula: expansión de cresta, corticotomías e injertos óseos.

03.SS3

Osteotomía de alta precisión en estructuras anatómicamente finas.

04.SS6

Osteotomía de alta precisión en estructuras anatómicamente finas, especialmente en expansión de cresta y corticotomías.

05.SS5

Osteoplastia de alta eficiencia para remodelado óseo o recolección de partículas/chips óseos.

06.SS11L

Angulación izquierda 90°, con dentado circunferencial.

Indicada para osteotomías en posiciones óseas especiales.

07.SS11R

Angulación derecha 90°, con dentado circunferencial.

Indicada para osteotomías en posiciones óseas especiales.

08. SL1

Ángulo de 120°. Para despegamiento y elevación de la membrana sinusal maxilar sin dañar la mucosa.

09. SL2

Indicada para separación de mucosa nasal y despegamiento de la mucosa sinusal maxilar.

010. SL3

Recubrimiento diamantado (100 µm). Para osteotomía fina u osteoplastia no traumática cerca de tejidos blandos y zonas sensibles.

011. SC5

Para corte mínimamente invasivo de ligamentos y ampliación del espacio en extracción dental.

Especialmente indicada para terceros molares con angulación oblicua.

012. SC1

Para eliminación mínimamente invasiva de ligamentos y cirugía radicular.

013. SP7

Osteoplastia